

## Esclarecimento sobre o concurso Informo\_AID.013249/01/1\_05

Prezados,

Muito obrigado pelo seu interesse e pelas suas perguntas.

A seguir, encontrarão o esclarecimento solicitado.

1. Lote 1a Item nº 1.a.7 - Centrífuga de Bancada: Para quantos tubos?

**A centrífuga de bancada deve ter capacidade para 60 tubos. Se não estiver disponível, também se aceitam quantidades semelhantes.**

Cumprimentos,

Flávio Ismael

